

泉工医科工業社製 心筋保護液供給装置

仕様書

1. 制御部

- ・ 設定可能メモリ : 4 種 + 簡易注入 I 種
- ・ 注入量 (設定範囲) : 1 ~ 9,999ml
- ・ 注入時間 (設定範囲) : 1 ~ 99 分
- ・ 間欠時間 (設定範囲) : 0 ~ 99 分
- ・ プライマリ/セカンダリ (設定範囲) : 0 ~ 100
(ポンプモニタ側設定範囲) : P/S1...0 ~ 200%
P/S2...0 ~ 100%

2. センサー類

①気泡センサー

- ・ 搭載数 : 2ch
- ・ 使用可能チューブ : 内径 3.3 × 外径 5.0mm、内径 4.5 × 外径 6.6mm
- ・ 検知可能気泡サイズ : 100 μ l (流量 200ml/min 時)

②圧力センサー

- ・ 搭載数 : 2ch (空圧式、観血式)
- ・ 表示範囲 : -500 ~ 500mmHg

③温度センサー

- ・ 搭載数 : 2ch
- ・ 表示範囲 : -5.0 ~ 50.0℃

3. 冷温水槽部

- ・ 温度表示範囲 : -5.0 ~ 50.0℃
- ・ 容量 : 3.5l
- ・ 流量 : 6.0l/min (無負荷時)
- ・ 通常温調設定範囲 : 0 ~ 40℃
- ・ 急速温調設定範囲 : 30 ~ 41℃

4. その他

- ・ 電源 : AC100V 50/60Hz
- ・ 電源入力 : 1500VA 以下
- ・ 重量 : 本体 92 kg、コントロールモニター 6.2 kg
- ・ 外形寸法 : 490 (W) × 602 (D) × 857 (H) mm

令和 8 年 7 月 13 日

国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院